

嘉峪关市市场监督管理局下属食药中心、质检中心设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告项目编号：JYGZCDL2024075G

原公告项目名称：嘉峪关市市场监督管理局下属食药中心、质检中心设备采购项目

首次公告时间：2024年10月25日

二、更正信息

更正事项：招标公告、招标文件

三、更正内容

1.原招标公告及文件中：

获取招标文件时间:2024年10月25日 23:59:59-2024年11月15日 8:59:59

HASH 编码提交截止时间：2024年11月15日 09:00前

固化后的投标文件提交截止时间：2024年11月15日 10时0分前

开标时间：2024年11月15日 09时00分

2.原招标文件中：

第二部分 技术参数

三包：全自动直接进样测汞仪

★3.1 检测器：非色散双池三光束冷原子吸收检测器,采用三个高灵敏度UV光电管（两个检测、一个参比），无需滤光片。

3.4 测量范围：0-70000ng

4.1 仪器具备样品预干燥功能；即样品进行热分解之前先进行干燥处理，将水除去，干燥过程中产生的酸气和水汽可反向吹出仪器，不通过燃烧管。

4.2 仪器具有独立的杂质气体排出通道；即样品高温燃烧后产生的气体经过金汞齐富集后，直接排出，不通过吸收池。

4.6 样品舟材质：陶瓷

★5.1 样品盘位数：不小于 100 样品位。

5.2 自动进样单元具备吹扫功能。

5.3 样品室具备环境空气干燥和净化功能；从而避免了舟内的样品在等待测量时受到外界环境的交叉污染。

★5.5 采用稳定不易腐蚀生锈的陶瓷材料做为样品舟，可进行液体和固体样品的检测；

7.2 100 位自动进样器 1 套

7.3 陶瓷样品舟 100 个

现更正为：

1.招标公告及文件中：

获取招标文件时间:2024 年 10 月 25 日 23:59:59–2024 年 11 月 24 日
23:59:59

HASH 编码提交截止时间：2024 年 11 月 25 日 09：00 前

固化后的投标文件提交截止时间：2024 年 11 月 25 日 10 时 0 分前

开标时间：2024 年 11 月 25 日 09 时 00 分

2.招标文件中：

第二部分 技术参数

三包：全自动直接进样测汞仪

★3.1 检测器：非色散双池三光束或双池冷原子吸收检测器,采用高灵敏度 UV 光电管，无需滤光片

3.4 测量范围：短量程：0-1500ng，长量程： ≥ 30000 ng

4.1 仪器具备样品预干燥功能；即样品进行热分解之前先进行干燥处理，将水除去

4.2 仪器具有杂质气体去除设计；即样品高温燃烧后产生的气体经过金汞齐富集后，直接排出，不影响测量过程

4.6 样品舟材质：陶瓷或镍舟或者石英

★5.1 取消 5.1 条技术参数

5.2 自动进样单元具备吹扫功能或者防尘罩设计

5.3 样品室具备环境空气干燥和净化功能；从而避免了舟内的样品在等待测量时受到外界环境的交叉污染

★5.5 采用稳定不易腐蚀生锈的陶瓷或者石英材料做为样品舟，可进行液体和固体样品的检测

7.2 进样器 1 套

7.3 陶瓷或者石英样品舟 100 个

四、其它补充事宜

请各投标人及时在嘉峪关市公共资源交易网内下载查阅更正后的“澄清文件”，若投标单位未按照最新发布的澄清文件内容编制该项目投标文件导致废标，所造成的损失和后果由投标单位自行承担，特此说

明。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：嘉峪关市市场监督管理局

地址：甘肃省嘉峪关市嘉峪关市新华南路 1429 号

联系方式：13993778650

2.采购代理机构信息

名称：甘肃星维工程项目管理有限公司

联系地址：甘肃省嘉峪关市新东路 2929 号第三层北四 306 室

联系方式：15593709413

3.项目联系方式

项目联系人：魏薇

电话：15593709413