

采购需求

一、项目概况：

项目名称：庆阳市公安局刑事技术检验设备采购

采购内容：采购刑事技术检验设备一套。

技术参数要求

- ★1、配置24通道毛细管全自动电泳系统。
- 2、激光光源采用标准电源供电的固态激光激发器，波长505nm，无需散热。
- ★3、在片段长度 ≤ 600 bp内的电泳时间小于50分钟，24小时检测量不低于500个样品。
- 4、采用无线射频识别（RFID）技术，可追踪关键耗材数据并记录管理信息。
- 5、具备多色荧光分析能力，可支持检测8种及以上不同的荧光染料。
- 6、具备片段分析功能、测序功能和自动化移液功能。
- ★7、支持36cm、50cm两种或以上长度的毛细管。
- ★8、单次可容纳2块及以上样品板，支持96孔（普通板或快速板）板或8联管。
- 9、配置最新版本GeneMapperID-X分析软件和与测序仪一体的最新数据收集软件系统。
- 10、支持通过公安部中国公共安全产品认证的国内外主流厂商生产的多种试剂盒和耗材。
- 11、毛细管电泳系统具有公安部质检中心检测报告。

二、需执行的标准：所有采购货物必须符合国家标准和行业规范。

三、供货时间、地点及要求

- 1. 供货时间：合同签订后 30 日历天内完成。
- 2. 供货地点：采购人指定地点。
- 3. 供货要求：按照采购人统一标准完成供货。

四、质量保证期

质量保证期：1 年。

五、付款方式：合同签订后，预付合同价款 50%，货到验收合格后支付合同总金额 47%，一年质保期结束后支付剩余 3%。

六、验收方案

中标人根据合同要求供货，货物运送至采购方要求地点后并提供检测报告，由采购方组织相关人员对以下方面进行验收：

(1) 产品的包装：货物在生产完毕，从装箱、运输到安装地点，由于环节较多，时间较长，加上个别路途遥远，有可能会出现问题，如日晒、雨淋、震动、被盗、等问题，其外包装的完整无破损会影响到产品自身的性能，其外包装的完整性还可直接关系到产品的完整性，不可疏忽。对于外包装严重破损影响产品性能的，中标人需在 5 个工作日内无条件更换。

(2) 产品的外观：在确认外包装完好无损的情况下，开箱验收。此过程应由采购人、生产厂家(或代理商)、使用人共同参加。开箱清点好各种技术资料、零配件等必备的物品后，应仔细查看产品外观有无破损、变形、表面严重划痕或受污染等，这些不但影响了产品自身的完整和美观，甚至影响到产品的使用。如出现类似此现象应根据情况退货或索赔。

七、售后服务

(1) 在质保期内接到采购人故障电话，要求在 30 分钟内做出响应，在 24 小时内赶到现场进行处理。

(2) 要求技术人员定期回访维护，并与采购人交流了解情况。