

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李 + 曹 颖	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 芜湖市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 文县第一人民医院 CT 球管及金保服务 采购项目	
	供应商名称: 西安零距离医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达 从唯一供应商处采购的理由)	
	CT 球管是 CT 设备的核心部件， 也是损耗件，其寿命与正常曝光 次数、频率呈正相关，球管损坏 CT 设 备只能停机。为保证设备的正常使用， 建议从原厂授权的供应商处购买 球管和金保，避免非正规产品与原有 设备的不匹配，损坏设备或降低使 用寿命！	
专业人员签字	李 + 曹 颖	日期 2023年1月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘志伟
	职称:	副主任药师
	工作单位:	文县第一人民医院
项目信息	项目名称:	文县第一人民医院 CT 球管及金保服务
	采购项目	
专业人员论证意见	供应商名称:	西安零距离医疗器械有限公司
	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	CT球管是设备的核心部件，为确保医疗设备能正常运行，使用原厂服务机构提供的球管，才符合设备质量要求。建议采购西门子设备制造商提供的正规球管，保证连接诊断准确及使用的安全。
专业人员签字	刘志伟	日期 2023年1月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 计惠平	
	职称: 市级	
	工作单位: 文县第一人民医院	
项目信息	项目名称: 文县第一人民医院 CT 球管及金保服务 采购项目	
	供应商名称: 西安零距离医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达 从唯一供应商处采购的理由)  大型医用影像设备精度较高, 图像 质量、辐射安全、电气安全要求甚为严格, 各品牌之间不能兼容, 配件配置总数 无地域, 应当天无缝衔接, 具有唯一性。 故建议配件购置及维修由原厂唯一 的授权供应商购买。	
	专业人员签字	计惠平

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。