

### 单一来源产品论证专家信息表

序号	姓名	工作单位	专业	技术职称	专家签字
1					
2	齐立军	甘肃省计量研究院	计量学	正高	齐立军
3	邵菊	兰大一院	医疗器械	正高	邵菊
4	葛朝阳	兰州黄河律师事务所	律师	律师	葛朝阳
5					

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：彭朝阳 职称：律师 工作单位：兰州黄河律师事务所	
项目信息	项目名称： 供应商名称：西安麦斯康医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<p style="margin: 0;">本项目设备符合，符合政府采购及实施条例的有关规定，由西安麦斯康医疗器材有限公司提供货物。</p>	
专业人员签字：	彭朝阳	日期：2023-10-23

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>鲁立军</u> 职称： <u>正高</u> 工作单位： <u>甘肃省计量研究院</u>	
项目信息	项目名称： 供应商名称： <u>西安瑞源医疗设备有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>CT球管是X射线计算机断层扫描设备非常关键的附件，为保障该CT机技术性能，并通过其读数，达到准确诊断病灶的目的。CT球管其货源广泛的球管，该次用品种采取单一来源采购方式，由供应商西安瑞源医疗有限公司提供货物。</p>	
专业人员签字：	<u>鲁立军</u>	日期：2023.10.73

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：邵菊
	职称：正高
	工作单位：兰大一院
项目信息	项目名称：
	供应商名称：西安麦距离医疗器有限公司
专业人员论证意见	<p>该院CT型号为SOMATOM Definition，采购的向2015年须要更换球管，该部件为CT的关键部件，该不确定设备的安全性、稳定性及有效性，只能采购原厂生产球管，具有唯一性及不可替代性，依据政府采购法第三十一条“只能从唯一供应商处采购”之条款规定，只能按单一来源采购方式采购，由供应商西安麦距离医疗器有限公司提供货源。</p>
专业人员签字：	<span style="font-size: 2em;">邵菊</span>
	日期：2023.10.23

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。