

政府采购单一来源论证专家签到表

序号	姓名	工作单位	专业	技术职称	联系电话
1	刘江林	陇南市中心医院	检验	中级	13993980720
2	张志斌	陇南中西医结合医院	医学放射	中级	15339397048
3	任章章	陇南市疾控中心	医疗设备	高级	13993931399
4					
5					

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘志刚	
	职称: 中级	
	工作单位: 市中心医院	
项目信息	项目名称: 文县第二人民医院 64 排螺旋 CT 高压真空件采购项目	
	供应商名称: 陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>西门子进口设备, 只有原厂家提供, 全新合法合理的原厂备件, 配件才能保障设备的正常运转, 达到使用年限符合国家相关法律法规及标准。</p>	
专业人员签字	刘志刚	日期: 2024年10月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张志斌	
	职称: 中级	
	工作单位: 陇南中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 文县第二人民医院 64 排螺旋 CT 高压真空件采购项目	
	供应商名称: 陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p style="text-align: center;">西门子64排螺旋CT球管, 耐蚀, 容量大, 图像清晰, 安全耐用。 建议采购耐合格配件。</p>	
专业人员签字	张志斌	日期: 2024 年 10 月 21 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：任章章	
	职称：高级	
	工作单位：陇南市疾控中心	
项目信息	项目名称：文县第二人民医院 64 排螺旋 CT 高压真空件采购项目	
	供应商名称：陕西恒恩慧康实业有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p style="text-align: center;">医院原本使用的设备为西门子的设备。 所以，在更换备件时必须使用原厂、原设备的备件，才能保证设备的正常运行。 故建议用原厂备件。</p>	
专业人员签字	任章章	日期：2024年10月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。