

康县望关镇中心卫生院购置医疗设备项目

招标文件

招标编号： 162010JH621224005

项目名称：康县望关镇中心卫生院购置医疗设备项目

采购人：康县望关镇卫生院

招标代理机构：陇南新正诚工程项目管理有限公司

2024年9月

目录

| | |
|------------------|----|
| 第一章 招标公告..... | 3 |
| 第二章 供应商须知..... | 3 |
| 第三章 评标办法..... | 26 |
| 第四章 合同条款及格式..... | 51 |
| 第五章 供货要求..... | 74 |
| 第六章 投标文件格式..... | 92 |

第一章 招标公告

康县望关镇中心卫生院购置医疗设备项目公开招标公告

康县望关镇中心卫生院招标项目的潜在投标人应在陇南市公共资源交易网 (<http://60.164.200.102/>) 免费下载获取招标文件，并于2024-10-09 15:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：162010JH621224005

项目名称：康县望关镇中心卫生院购置医疗设备项目

预算金额：34.000000(万元)

最高限价：34.000000(万元)

采购需求：购置医疗设备一批（具体详见招标文件）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定；（2）须具有合法有效的法人营业执照、国家和地方税务登记证、组织机构代码证、开户许可证；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照；（3）须提供法人授权函及被授权人身份证（正、反面复印件）；（4）本项目不接受联合体投标；（5）供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械备案证。

三、获取招标文件

时间：2024-09-18至2024-09-24，每天上午8:30至12:00，下午12:00至17:30

地点：陇南市公共资源交易网 (<http://60.164.200.102/>) 免费下载

方式：1. 社会公众可通过陇南市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件，拟参与本项目的潜在投标人在获取期限内，凭CA证书登录陇南市公共资源交易网在线免费下载招标文件，并点击“我要投标”按要求填写信息，未填写信息的投标无效。2. 请潜在投标人随时关注陇南市公共资源交易网及甘肃政府采购网本项目相关变更公告及澄清答疑文件，否则由变更引起的相关责任自负。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-10-09 15:00:00

地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第3坐席（陇南市行政中心5号楼环保大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

①陇南市公共资源交易网：<http://60.164.200.102/>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：康县望关镇卫生院

地址：康县望关镇街道

联系方式：0939-5171520

2. 采购代理机构信息

名称：陇南新正诚工程项目管理有限公司

地址：甘肃省陇南市康县城关镇西街14号。

联系方式：15109396890

3. 项目联系方式

项目联系人：江成福

电话：0939-5171520

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 招 标 人 | 名称：康县望关镇卫生院 地址：康县望关镇街道 联系人：江成福 电话：0939-5171520 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：陇南新正诚工程项目管理有限公司 地址：甘肃省陇南市康县城关镇西街14号 联系人：郑玲玲 联系电话：15109396890 |
| 3 | 项目名称 | 康县望关镇中心卫生院医疗设备采购项目 |
| 4 | 项目预算金额 | 预算金额：34万元； (供应商报价超出预算的按无效投标处理) |
| 5 | 项目预算资金来源 | 财政+自筹资金 |
| 6 | 交货期 | 30日历天 |
| 7 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 投标人资质条件、能力、信誉 | <p>1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>2、须提供法人授权函及被授权人身份证（正、反面复印件）；</p> <p>3、本项目不接受联合体投标（须提供非联合体申明）；</p> <p>4、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。</p> <p>5、本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。</p> |

| | | |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 是否接受联合体投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： |
| 11 | 偏差 | <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许 |
| 12 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：获取招标文件的 7 个工作日内 |
| | | 形式：以书面形式通知招标人或招标代理机构 |
| 14 | 招标文件澄清发出的形式 | 1、招标人或招标代理机构按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。 |
| | | 2、招标文件的澄清将在《甘肃政府采购网》、《陇南市公共资源交易网》上发布，但不指明澄清问题的来源。请投标人随时关注《甘肃政府采购网》、《陇南市公共资源交易网》关于本项目相关变更公告及通知，否则由变更引起的相关责任自负。 |
| | | 3、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 |
| 15 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后应立即确认 |
| | | 形式：以书面形式通知招标人或招标代理机构 |
| 16 | 招标文件修改发出的形式 | 通过登录《陇南市公共资源交易网》 (网址： http://60.164.200.102/) 下载澄清变更文件。 |
| 17 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：下载到澄清变更文件后应立即确认 |
| | | 形式：以书面形式或电子通讯方式通知招标人或招标代理机构 |
| 18 | 中小企业采购预留份额比例 | 预留，100% |
| 19 | 所属行业 | 工业（制造业） |
| 20 | 落实支持中小企业政府采购政策 | 1. 执行中小企业管理制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。 |

| | | |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办落实支持中小企法》（财库（2020）46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中业政府采购政策小企业力度的通知》《财库(2022)19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予<u>10%</u>的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的展于监狱企业证明文件《原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>5. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> |
| 21 | 是否存在以注册资金、生产总额、营业收入、从业人员等规模条件对中小企业实行差别待遇或歧视待遇的情况 | 否 |
| 22 | 投标保证金 | 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采(2022)16号），本项目不收取投标保证金。 |
| 23 | 投标报价的其他要求 | 投标报价：总报价（完税法） |
| 24 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 25 | 资格审查资料的特殊要求 | 不需要 |
| 26 | 近年财务状况的 | 近年度 |

| | | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 年份要求 | |
| 27 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 不需要 |
| 28 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2022年9月至2024年9月 |
| 39 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 30 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数： 正本1份，副本1份，电子版文件U盘一份。 (开标结束后，请各投标单位将纸质版投标文件邮寄至招标代理机构。) |
| 31 | 投标文件是否需分册装订 | 在投标文件页数较多时，允许分册装订。 |
| 32 | 纸质版投标文件签字或盖章要求 | 与上传电子投标文件一致 |
| 33 | 投标截止时间 | 2024年10月9日下午15:00时 |
| 34 | 递交投标文件地点 | 陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第3坐席 |
| 35 | 投标文件是否退还 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 是 |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月9日下午15:00时 开标地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第3坐席 |
| 37 | 开标程序 | 开标流程通过新点开评标系统进行 |
| 38 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 39 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； |
| 40 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《甘肃政府采购网》、《陇南市公共资源交易网》 公示期限：1个工作日 |
| 41 | 是否采用电子招标投标 | 是，开评标活动采用新点不见面网上开标方式：开评活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投 |

| | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。 |
| 42 | 招标代理服务费 | 参照原国家计划委员会《关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格[2002]1980号文件）和政府采购招标代理委托协议约定，由中标投标人在中标公示期结束后无任何质疑，领取《中标通知书》前一次性支付招标代理服务费给陇南新正诚工程项目管理有限公司。 |
| 43 | 政府采购合同融资 | 在甘肃省注册、具有法人资格且依法取得省内政府采购合同中小微企业在依法签订政府采购合同后，即可通过融资平台自行选择金融机构及合同融资产品，申请合同融资。详见《甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同融资业务有关事宜的通知》（甘财采〔2019〕16号）。 |
| 44 | 招标文件最终解释权 | 本采购文件的解释权归陇南新正诚工程项目管理有限公司。构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，请按采购招标公告、投标人须知前附表、采购方法、投标文件格式等先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（采购代理机构）负责解释。 |

注：1、开始开标前检查自己开标设备网络稳定性，如有中途退出等问题，后果自负。

2、在投标解密有效时间之内，因投标人自身原因导致无法解密或者未解密，视为自动放弃投标。

前言

招标文件涉及术语的内涵及解释

(1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括招标人、投标人和采购代理机构等。

(2) “招标人”是指康县望关镇卫生院。

(3) “招标代理机构”是指陇南新正诚工程项目管理有限公司。

(4) “投标人”是指向本次招标人提交投标文件的投标人。

(5) “投标人”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(6) “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。

(7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

(8) “投标文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(9) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。

(10) “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(11) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

(12) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

(13) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不

包括电传、电报、传真、电话。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 其他要求：见投标人须知前附表。

(6) 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

(7) 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(5) 为本招标项目的代建人；

(6) 为本招标项目的招标代理机构；

(7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 被依法暂停或者取消投标资格；

(10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12) 在最近三年内发生重大产品质量问题；

(13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入

严重违法失信企业名单；

(14) 被最高人民法院在“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn) 或各级信用信息共享平台中列入失信
被执行人名单；

(15) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业
和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，
应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

1.9.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包
的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求
等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作
不得分包。

1.9.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再
次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包
项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.10.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.10.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内

容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 开标一览表；
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 分项报价表；

- (5) 资格审查资料；
- (6) 投标材料质量标准的详细描述；
- (7) 技术支持资料；
- (8) 相关服务计划；
- (9) 供应商须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；

3.4 投标保证金（不适用）

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.2 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 明确标明“正本”和“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也须签字（印章）并加盖公章。投标文件

应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由法人或授权的投标代表签字证明。4. 投标

4.1 纸质投标文件的密封和标记（电子标不要求）

开评标活动采用新点不见面网上开标方式：开评活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

4.2 投标文件的递交（电子标不要求）

开评标活动采用新点不见面网上开标方式：开评活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

4.3 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截

止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

5. 开标

5.1 开标内容及注意事项

本次采用网上开标方式：采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送招标人。

招标人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由

招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

招标人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限为 1 个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中

标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金（不适用）

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标原则及评标方法

一、评标组织

1、评标委员会：依据《政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表及从陇南市采购专家库随机抽取的有关专家组成。评标委员会依据招标文件对投标文件进行综合评审，并向采购人提交书面评标报告。

2、评标综合组：由招标代理机构和相关工作人员组成，负责接收投标文件、开标、评标的会务工作，做好投标和开标会议记录；整理并向评标委员会分发投标文件、投标资料等；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3、评标监督组：由项目有关监督管理部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对开标评标整个过程进行监督和公证，保证评标的公正性，防止违规、违纪行为的产生。

二、评标原则

1、评标工作遵循“公平、公正、科学、严谨”的原则，对所有供应商一视同仁、公平对待。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

4、评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评议。

5、评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，

不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。

6、对投标文件采取综合评分的方法，全面比较货物的技术方案、性能、质量、价格、交货期、备品备件供应等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况。

7、从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向供应商或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

8、供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

9、供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

10、供应商在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

11、供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好。

12、评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

如评委会一致认为最低投标价明显不合理(低于成本)，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会通知投标人限时解释并提供相关证明材料。如投标人未在规定的时间内作出解释或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标人不能作为该项目拟中标商。

13、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，

按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

三、评标方法

1、评标方法采用“综合评分法”即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为推荐中标候选人的评标方法。

2、初步评审环节：

如果投标文件实质性没有响应招标文件的要求，其投标无效将按废标处理。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。

对投标文件评审时如发现有下列情形之一的，属重大偏离，其投标将按废标处理：

（1）投标文件其中任何一页无单位盖章的；

（2）投标文件其中任何一页无供应商法定代表人或其授权委托人签字确认的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(5) 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

(6) 供应商名称或组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

(7) 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假伪造资质证明文件等方式投标的；

(8) 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

(9) 报价超过招标文件中规定项目预算金额，采购人不能支付的；

3、通过初步评审环节的有效供应商，进入综合评分法打分环节：

具体分值如下：

| 评分项目 | 评分因素 | 得分 | 评分标准 (综合评分法) |
|---------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投标报价 (30分) | 投标报价 | 30分 | <p>在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：价格评分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。</p> <p>根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供能证明其报价合理性的书面说明或提交相关证明材料。否则，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |
| 商务响应 (10分) | 售后服务方案 | 6分 | <p>投标人根据招标文件，需提供服务方案，包括①服务内容②服务响应时间③故障处理④故障恢复时间⑤人员配备⑥技术支撑保障等内容；服务方案中以上6项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得6分，每缺少一项内容扣1分，每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：内容存在缺陷是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的</p> |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。 |
| | 标书制作 | 4分 | 投标文件按招标文件规定的格式制作, 投标附件资料齐全、详实、充分, 顺序编制精美, 字迹清晰, 书面整洁无涂改, 没有缺漏项, 价格数量等内容完善、所提供与投标产品相同配置及能数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数的计 4 分。投标文件的编制规范性一般, 文件构成基本完整, 条例基本清晰的得 2 分; 投标文件的编制规范性差, 构成不完整, 条例不清晰, 文字模糊不得分。(满分 4 分) |
| 技术响应 (60分) | 技术参数响应指标 (34分) | 34分 | 投标产品技术参数性能满足或优于招标文件要求得 34 分, 技术参数中所有带“★”号项为重要参考指标, 每有一项负偏离的扣 3 分; 其它的参数每有一项负偏离的扣 2 分, 扣完为止; 注: 技术参数需提供官方网站截图或者产品彩页或产品技术参数说明或者检测报告等证明文件, 未提供者不得分; |
| | 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案包括①供货进度计划②运输方案③安装、调试方案④验收方案⑤技术人员配置等; 能确保项目供货阶段工作有效进行, 保证货物按期按质按量供应到位, 以上 5 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 10 分, 每缺少一项内容扣 2 分, 每有一项内容存在缺陷的扣 1 分, 扣完为止。 注: 内容存在缺陷是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。 |
| | 质量保证措施 | 8分 | 根据投标人提供的针对本项目的质量保证措施包括①质量保证承诺②供货质量保障措施③维修质量保障措施④应急处理预案等内容; 能有效保证项目质量的, 以上 4 项内容完整、详细合理并完全满足项目实际情况的得 8 分, 每缺少一项内容扣 2 分, 每有一项内容存在缺陷的扣 1 分, 扣完为止。 注: 内容存在缺陷是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。 |

| | | | |
|--|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 培训方案 | 8分 | <p>投标人根据项目特点制定详细的培训方案，包括①培训计划②培训大纲③培训方式④技术支持等内容。能保证在项目整体安装调试完成交付使用前，对采购人相关人员进行系统的现场培训。以上4项内容保证采购人相关人员在使用过程中能熟练的进行操作维护，并能进行简单的故障排查处理，完全满足得8分，每缺少一项内容扣2分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。</p> <p>注：内容存在缺陷是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任意一种情形。</p> |
|--|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评委会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。投标人获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明。

4、若投标人为中小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小微企业执行（财库〔2020〕46号文件规定，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对小微企业投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价。不符合文件的规定企业的产品价格不予扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对监狱企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，对满足价格

扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

7、汇总评审结果确定推荐的中标候选人。

评标委员会对有效供应商进行综合评分并进行排序，以最终得分最高者为第一中标候选人，并将所有供应商得分按高低顺序排列，向第一中标候选人发出书面中标通知书。如第一中标候选人放弃或违约，则取消其第一中标候选人资格，取第二中标候选人为中标人；如第二中标候选人放弃，重新组织招标。

8、供应商得分绝对相等时，按低报价优先的原则推荐中标人。

附：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号》

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号

《促进残疾人就业政府采购政策》的通知（财库【2017】141号）

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化部主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化部主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家

小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照 本办法规定提供声明函内

容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

附：中小企业

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会
财政部关于印发《印发中小企业划型标准规定》的通知
工信部联企业[2011]300 号

2011.6.18

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服

务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收

入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

关于《促进残疾人就业政府采购政策》的通知（财库【2017】141号）

财政部 民政部 中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策》的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、

《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向

残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾

第四章合同条款及格式

政府采购合同

签订时间：年月日

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

项目编号：

合同自编号：

甲方：

乙方：

采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照陇南市公共资源交易中心的结果签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书或成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条 合同总金额

本合同服务总金额：¥元。

大写： 。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同。

第四条 权利和义务和质量保证

1. 甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证 服

务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

第一次验收合格后支付至合同总价的%，第二次验收合格后支付至合同的%，第次验收合格后支付至合同总价的%，余款%作为质量保证金于服务运行满月后，并经甲乙双方复验合格后的个工作日内付清。

第六条质量保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同质量保证金元（质量保证金的金额不得超过政府采购合同金额的5%）。

2. 质量保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

第七条验收

1. 服务期限：至。

服务地点：。

验收时间：。

验收地点：。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。

4. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收, 大型或复杂项目, 以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5. 如项目实施情况需要分阶段验收, 则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实, 包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名: ; 联系电话: 。

第九条 售后服务

1. 乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的, 执行国家规定。

2. 服务期内, 乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在(小时)之内做出及时响应, 在日(小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题在(小时)后仍无法解决, 乙方应在(小时)内免费提供服务的补偿、替换方案, 直至服务恢复正常。

3. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的, 由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十条 分包

乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后, 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的, 甲方有权拒收, 乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施, 逾期仍未采取有效措施的, 甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金; 同时乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收服务, 甲方应向乙方偿付拒付服务费用%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的%的违约金。如乙方逾期达天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的%。

5. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第种方式解决：

①向陇南市有管辖权的法院提起诉讼；

②向兰州仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

3. 陇南市公共资源交易中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标单位，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

供方全称（盖章）：

需方全称（盖章）：

地址：

地址：

邮编

邮编：

电话：

电话：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

经办人：

经办人：

特别说明:

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款, 在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方(采购单位)应盖本单位公章(不允许盖内设科室章), 乙方应盖单位公章或合同专用章, 合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外, 根据《政府采购法实施条例》第50条规定: 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章 供货要求

一、技术规格要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1 | 病床 | <p>1. 双摇移动病床参数:</p> <p>1.1规格: 长*宽*高: 2150 (±30) mm*900 (±30) mm±*500 (±30)mm</p> <p>1.2床头、床尾板</p> <p>1.2.1材质: 需ABS工程塑料材料部件, 金属骨架; 床头床尾表面光滑;</p> <p>1.2.2床头、床尾处需配有双轴挂钩的自锁板把; 床尾板外侧需有病人信息卡插槽, 信息卡插槽的尺寸须根据采购方要求定制;</p> <p>1.2.3 床头、床尾外侧装有防撞角。</p> <p>1.3床面板、整体框架</p> <p>1.3.1材质: 床面板需采用1.0mm厚的冷轧钢板一次冲压成型。床框部分需采用优质冷轧板材和管材焊接而成, 床体框架不小于80*40*1.2mm, 床腿不小于50*50*1.2mm, 床体承载重量≥240kg。</p> <p>1.3.2结构: 四折床面结构, 表面无焊点且有凹凸几何形状。全部活动关节(床面板和丝杆传送部位)均加装尼龙垫圈。</p> <p>1.3.3喷涂: 床体经处理后需无毒无味, 可适应医用病床定期整理喷淋消毒的需要, 同时要求色泽协调美观。</p> <p>1.3.4其它: 需预留4个输液架插孔, 框架下方两侧各配2个引流挂钩。</p> <p>1.4摇把及传动丝杆</p> <p>1.4.1采用可折叠摇把, 坚固耐用, 无噪音, 不易损坏。丝杆需有双向打滑限位之功能(离合保护装置), 内有适量黄油, 使丝杆保持全封闭式, 无灰尘进入。</p> <p>1.4.2调节范围: 背部倾斜度0-75° ±5°, 腿部倾斜度0-50° ±5°</p> <p>1.5护栏</p> <p>1.5.1由横档、上支架、连接管、下支架以及开关锁件等构成; 横档铝型材壁厚≥1.2毫米, 连接管为直径不低于19*1.2mm厚的铝合金矩形管制成, 固定支架为≥20*30*1.2mm 碳钢/铝合金矩形管; 护栏操作手柄需采用ABS工程塑胶材质, 并带有锁件, 使用方便、安全, 折叠灵活。</p> <p>1.5.2护栏可收缩平放, 收缩时略高出床垫, 可防止床垫移位。</p> <p>1.6脚轮</p> <p>1.6.1采用品牌带刹车功能静音脚轮, 承重量高, 运行平稳, 带锁止功</p> | 5 | 张 |

| | | | | |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | <p>能。</p> <p>1.7配置杂物架</p> <p>2. 双摇移动病床床垫要求</p> <p>2.1 材质:</p> <p>2.1.1半棕半棉, 防水、防霉透气布;</p> <p>2.2 尺寸</p> <p>2.2.1尺寸大小与双摇移动病床相配套。</p> <p>2.3床垫:</p> <p>2.3.1厚度8cm, 材质棕垫, 软硬适中, 尺寸大小与双摇移动病床相配套。</p> | | |
| 2 | 病房床头柜 | <p>1. 颜色:</p> <p>1.1颜色为蓝色.</p> <p>2. 材质:</p> <p>2.1材质为ABS.</p> <p>3. 规格尺寸:</p> <p>3.1规格双层.</p> <p>3.2尺寸480*480*760mm</p> | 3 | 个 |
| 3 | 尿常规机器 | <p>一、技术要求:</p> <p>1、测定原理: 反射光电比色法</p> <p>2、光源系统: 采用冷光源测定系统</p> <p>3、测定速度≥ 510条/小时</p> <p>4、可测项目≥ 14项: 白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白</p> <p>5、试纸项目选择: ≥ 5种, 兼容10项—13项</p> <p>6、可测ACR比值(尿微量白蛋白与肌酐比值), 提示早期肾脏损害</p> <p>7、工作方式: 自动连续测试, 单条测试</p> <p>8、显示: 液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果, 测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示</p> <p>9、重复性: 仪器对灰度条的反射比进行重复测试, 变异系数(CV)不超过0.8%</p> <p>10、仪器具有自动感应尿试纸条功能, 将感应到得试纸条送入仪器内部</p> <p>11、自动卸条功能: 能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内</p> <p>12、打印: 内置热敏打印机打印测试结果, 有尿液样本的颜色和浑浊度格式</p> <p>13、仪器具有自检和故障识别功能</p> <p>14、条形码识别: 可选配条形码扫描器识别条形码</p> <p>15、存储功能: ≥ 9000个测量结果</p> <p>16、校准功能: 仪器配有试纸条校准功能</p> <p>17、输出端口: 仪器有串口、并口、USB端口和PS/2输入口</p> <p>18、电源: 可在100V—240V下工作</p> <p>二、商务及其他要求</p> <p>1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证, 仪器有CE认证</p> <p>2、制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液(提供证件)</p> <p>3、制造商注册资金≥ 5200万元</p> <p>4、售后服务: 制造商在省区设有直属售后服务机构(提供相关政府部</p> | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | 门出具的证件复印件), 专职服务工程师≥5人, 做到立即响应, 2个工作日内上门服务 | | |
| 4 | 干湿荧光免疫分析仪 | 检测波长:615nm±5nm 数据接口:RS232、USB、网口 进样方式:手工进样 打印功能:内置热敏打印机 显示屏:10.1寸液晶屏 机身尺寸(长x宽x高):390mmx290mmx205mm 包装尺寸(长x宽x高):426mmx320mmx300mm 重量:净重9kg 电源:AC100-240V、50/60Hz、221W | 1 | 台 |
| 5 | 烟空气净化砖 | 技术参数: 过滤级别:四层过滤级别 额定功率:120W 风量范围:260立方/小时 风压:2300PA 除烟效果:99.97% AC电源:220V 产品尺寸:435*235*500MM 竹节管:1.4米*Φ75MM | 2 | 台 |
| 6 | 电子灸治疗仪 | 技术参数 • 电源:内部电源DC9V-10%5% • 电源:内部电源DC9V-10%5% • 输入功率:10.0VA • 输入功率:10.0VA • 输出脉冲路数:六路输出 • 最大输出功率:0.3VA • 输出脉冲频率:1~100Hz可调, 允差为±20% • 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15S, 停5S 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5 疏波工作5S, 密波工作10S (断续波、疏密波时间允差为±10%) • 输出电流有效值:≤10mA • 输出直流分量:无 • 输出脉冲宽度:0.2ms±20%(EMC检测基本性能) • 导线长度不少于1m • 电极线绝缘层的绝缘阻抗不小于10MΩ • 单个电极针连接器(包含转接头)的总质量不大于3g。 • 电极线、电极针连接器与适用电极针连接后, 总直流阻抗不大于5Ω。 • 体积:345mmx225mmx94mm • 重量:1.4kg • 在负载阻抗(200Ω~1000Ω)范围上的最大输出电流有效值曲线。 注: • 负载阻抗对直流分量、输出脉冲宽度、输出脉冲频率没有影响。与输出最大幅度成正相关关系。 • 本仪器不属于AP或APG设备, 防进液程度IPX0。 • 本仪器符合IEC 60601-1中I类带内部电源BF型应用部分设备的要求。 • 本仪器符合IEC 60601-1中I类带内部电源BF型应用部分设备的要求。 • 电源电压波动±10%, 对本仪器的最大输出幅度、脉冲宽度或脉冲 | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | 重复频率造成的影响不大于±10%。 | | |
| 7 | 煎药机 | <p>技术参数及功能描述： 药煲容积：20L 包装容量设定范围：50-300ml 额定电压：220V 煎药功率：1800W 热合功率：800W 包装速度：7~8袋/min 外型尺寸：680×580×1200mm 煎煮量：2-16付 整机重量：65 kg</p> <p>功能： 1煎药包装一体组合、节约空间、美观大方 2采用高硼硅玻璃桶，结实耐用，内桶不锈钢网桶，煎药过程清晰可视 3一键煎药、一键包装，智能控制，操作方便 4煎药浸泡（预约）功能，浸泡恒温40℃（可调），省时省力 5加热系统密仓设计，定向加热，内置保温材料，热效高，节能，省时 6独立走卷按键、待机装袋功能，避免卡机，安全，快捷 7数控技术，控制精度高，且有响声提醒，温控时间自动显示，自动报警 8超温双重保护，报警提示，防干烧功能 9无液自动停机功能，节省包装材料 10包装倒转功能，轻松解决卡机，保护电机，方便、快捷 11配有专用内桶实现药渣分离 12煎药容量20升，每锅可煎3-16付 13文火、武火自动转换，先煎后下均可，节能、省时 14包装容量50-300ml可调，节省材料，满足不同客户需求 15预留集成串口通信接口，可通过无线网络控制煎药工作流程 16智能煎煮、提高药效，药味纯正，节能省时，保质期长</p> | 1 | 台 |
| 8 | 粉药机 | <p>主轴转速:3600r/min 转子外径:370mm 机舱类型:一体铸造 出料粒度:5-160目 生产能力:100-1200kg 电机功率:7.5kw 额定电压:380V 电机转速:1450r/min 生产原理:高速万能 外形尺寸:1050x680x1325mm 整机重量:295kg</p> | 1 | 台 |
| 9 | 消毒柜 | <p>产品容量:78L 层数:3层 控制:智能触摸屏 消毒方式:紫外线消毒+臭氧净化,低温发热,加热消毒可单独控制 功率:120W 材质:钢化玻璃,高档白色箱体,不锈钢层架 产品尺寸:420*320*620mm</p> | 1 | 台 |

| | | | | |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 10 | 热熔牙胶 充填机 | <p>电源输入 AC100--240V, 50/60Hz, 0. 8A Max</p> <p>电源输出 DC15. 0V/1. 6A</p> <p>电池 3. 7V/2000mAh 可充电锂电池</p> <p>可选温度值 150℃. 180℃. 200℃. 230℃</p> <p>重量 275g</p> | 1 | 台 |
| 11 | 热熔牙胶 充填机 | <p>电源输入 AC100--240V, 50/60Hz, 0. 8A Max</p> <p>电源输出 DC15. 0V/1. 6A</p> <p>电池 3. 7V/2000mAh 可充电锂电池</p> <p>可选温度值 150℃. 180℃. 200℃. 230℃</p> <p>重量 377g</p> | 1.00 | 台 |
| 12 | 根管预备 机 | <p>电源输入AC100-240V, 50/60Hz, 800mA</p> <p>电源输出15. 0V/11. 6A</p> <p>手柄电池3. 7V/1200mAh可充电锂电池</p> <p>底座电池11. 1V/2600mAh可充电锂电池</p> <p>速度100-1200rpm</p> <p>扭矩0. 4-5. 0N. cm</p> | 1.00 | 台 |
| 13 | 影像板扫 描仪 | <p>1 分辨率: $\geq 8P/mm$</p> <p>2 影像位深: $\geq 12bits/pixel$</p> <p>3 灰阶: 16bit</p> <p>4 影像板寿命: ≥ 2500次</p> <p>5 理论分辨率: 25LP/mm</p> <p>6 重量: $\leq 3KG$</p> <p>7 连接方式: USB连接线</p> <p>8 影像板材质: (软片)</p> <p>★9影像板尺寸: (标配Size2)</p> <p>Size 0: 31X22mm</p> <p>Size 1: 40x24mm</p> <p>Size 2: 41x31mm</p> <p>Size 3: 54x27mm</p> <p>★10有效成像面积: (标配Size2)</p> <p>Size 0: 31X22mm</p> <p>Size 1: 40x24mm</p> <p>Size 2: 41x31mm</p> <p>Size 3: 54x27mm</p> <p>11 使用年限: 8年</p> <p>12 影像板: 软薄可弯曲, 能方便的放入患者口腔内, 容易置于牙后部位, 并适用于各种口内胶片支架</p> <p>★13 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板</p> <p>★14 自动电磁吸附扫描, 智能高速, 全程无挤压, 有效减少影像板磨损和外界杂质影响</p> <p>★15 可连接平板</p> | 1.00 | 台 |

| | | | | |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 14 | 超声波清洗机 | <p>清洗槽容积：6.0L 清洗槽尺寸：32.3*20.5*99.9cm 清洗物品最大长度：34.0cm 电压及功率：300W（Ac220V-240V50/60Hz） 超声波频率：35000Hz 清洗槽材质：不锈钢SUS304 外壳材质：ABS 产品净重：7.5kg 产品毛重：8.6kg 产品规格参数</p> <p>用途和要求：超声波清洗机是专门为诊所、医院科室等场所设计，用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头、假牙等需要清洗的器械。另定时设定能帮助您控制时间，提高效率，能给您带来极大的方便。简单的操作步骤可使每个人都能现学现用。</p> <p>（注册标准中使用范围：用于医疗器械、医疗用品的清洗、去污、洗涤，不具备消毒或灭菌功能。）</p> <p>工作条件：放置清洗机时，周围至少留10CM间距；建议将清洗机放置在通风良好的环境中；清洗机外壳散热窗口不能有异物堵住；清洗机应放置在水平的工作台上。</p> <p>配件：2个清洗篮(大、小)，1根排水管，1根电源线CLEAN-02(6L)</p> | 1.00 | 台 |
| 15 | 石膏振荡器 | <p>圆型 电源电压：110V/220V50Hz 功率：30W 外源尺寸：130*120*100mm 净重：2KG 无级调速，震荡时间设置根据用户自己控制</p> | 1.00 | 台 |
| 16 | 微型电动打磨机 | <p>1.可调节0-35000rpm的任意速度。 2.正/反旋转转换，手动、脚踏板任意调节系统控制工作速度</p> | 1.00 | 台 |
| 17 | 牙科综合治疗机 | <p>（一）、医生操作台： ★1、同牙椅品牌高速手机2支：机头数控加工一体结构，进口德国钢球轴承。直连式4孔，端面四孔喷雾，最佳冷却效果，喷雾均匀，冷却无盲区。转速≥31000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 ★2、同牙椅品牌气动低速手机 1套：含直机、弯机、马达。直机：冷却形式为外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座；机身铝合金硬质氧化处理工艺，耐磨，内部关键件进口不锈钢热处理工艺；弯机：冷却形式为外喷水，可拆卸喷水卡；机身及头部为铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层，传动件为进口不锈钢，采用热处理模式；马达：冷却形式：外喷水；具有正反转功能；外壳采用硬质铝合金硬质氧化工艺，前插管不锈钢材质。转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 3、三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 4、医生位控制面板设有全电脑薄膜控制按键，包括：电源指示灯、设置键、复位键、水杯加热键、观片灯键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、急救位键、牙椅升、降、俯、仰键、椅位记忆1、椅位记忆2，定位准确，功能丰富，有效提升医生工作效率。 ★5、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置（痰盂与漱口本身不联动），有效提高医生工作效率。 ★6、具备一键急救功能，有效防止突发状况发生。</p> <p>（二）、助手操作台： 1、三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消</p> | 1.00 | 台 |

| | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>毒。</p> <p>2、二关节旋转式助手架，方便四手操作，扩大助手诊疗范围。</p> <p>3、助手位设有薄膜控制按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、复位键、椅位记忆1以及牙科椅升、降、俯、仰相关功能，定位准确，功能丰富，有效提升助手工作效率。</p> <p>4、助手单元有4个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留），满足助手配合治疗的操作需求。</p> <p>（三）、感应式LED口腔灯：</p> <p>1、操作模式：自动感应。</p> <p>2、口腔灯开启与关闭可通过灯架的底部、医生控制台、助手控制台三个位置，方便医生操作。</p> <p>3、口腔灯采用无级调光，光照柔和，长时间使用不废眼。</p> <p>4、口腔灯电压：AC12V-24V；功率：10W；照度：7000lux—32000lux；色温：4500K—5700K；光斑：75X158mm；感应范围：20—80mm。</p> <p>5、口腔灯把手方便拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒，避免交叉感染。</p> <p>（四）、器械盘：</p> <p>★1、超大器械盘，尺寸：625mm（长）X 410mm（宽），可承载1.5千克。配有透明整体防污罩，防污罩可以对器械盘及按键做整体保护及防止交叉感染。</p> <p>2、采用气压锁定装置，可精准、轻松定位器械盘高度。</p> <p>3、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。</p> <p>4、独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，可根据实际需求进行枪架扩充，枪架可向器械盘内旋转55°，可向器械盘外旋转35°，方便医生使用。</p> <p>5、内置有3.5寸安全低压观片灯，采用背光源设计，方便医护人员查看。</p> <p>6、器械盘侧面外置可视气压表、总气开关及独立式水量调节旋钮，方便单独调节每一支手机器械工作水量。</p> <p>（五）、主箱体：</p> <p>采用注塑工艺，方便擦洗消毒。主箱体可向外旋转90°，有效扩大助手配合治疗空间。</p> <p>（六）、强、弱吸吸唾系统：</p> <p>外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网，方便拆卸和清洗消毒。</p> <p>（七）、痰盂：</p> <p>一体式高密胺树脂痰盂，可随主箱体旋转90°，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒，方便患者漱口吐痰使用。</p> <p>（八）、净化水系统：</p> <p>采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；外置式纯净水瓶设计，方便加水。</p> <p>（九）、冲盂漱口定量给水自动控制系统：</p> <p>电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，水温适中，方便患者使用。</p> <p>（十）、牙科（患者）椅：</p> <p>1、采用直流电机驱动。低噪音，动力稳定，运行平稳。</p> <p>2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接，结实可靠，连接稳固，运行更安全。</p> <p>3、采用搭扣形式连接的靠背和座垫，免用工具就可方便更换与维修。</p> <p>4、牙椅具有记忆电机，记忆永存，断电不丢失。</p> <p>5、牙椅座椅和靠背联动设计，避免患者背部牵拉及搓背感，靠背运动-5°—63°，有效提升患者舒适感。</p> <p>6、牙椅运行平稳，启停柔和。最低椅位：410mm，最高椅位：750mm，方便患者上下牙椅。</p> <p>7、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，</p> | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>伸缩范围达150mm，满足成人和老人、儿童、残障人士使用。</p> <p>8、牙科椅承载能力≥150Kg，满足各类患者治疗使用。牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型，柔软舒适耐磨，方便擦洗消毒。</p> <p>9、双扶手设计，按下释放按钮，外扶手可向下翻转，方便患者治疗和上下牙科椅使用。</p> <p>10、牙椅底板罩壳后方设有可控制牙椅升、降、俯、仰运动的球状开关。</p> <p>（十一）、脚开关：</p> <p>1、可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。</p> <p>2、可控制高速手机单喷气/无水操作。</p> <p>3、可控制高速手机吹屑气操作。</p> <p>（十二）、全面安全保障控制：</p> <p>1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降和靠背在“仰”的动作过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚和防压腿功能。</p> <p>2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。</p> <p>3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定，有效避免误操作带来的安全隐患。</p> <p>4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。</p> <p>★5、急停功能：无论牙科椅处于任何运动或静止状态，只要按下后罩壳左侧的急停开关，牙科椅将断开供电，所有功能停止运作；按照急停开关上标示方向旋转急停开关，牙科椅恢复供电，所有功能恢复。</p> <p>（十三）、可升级选配全自动管路消毒系统：</p> <p>可升级选配全自动管路消毒系统：一键式全自动手机管理消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一键启动，轻松实现整个消毒过程。</p> <p>（十四）、医生座椅：</p> <p>座椅高度可调节，最低椅位425mm，行程120mm，座垫可在水平面内360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结构使得医生乘坐转动靠背时有收腰的感觉，符合人体工程学设计。（二）小型蒸汽压力灭菌器</p> <p>1 电源电压：AC 220V ±10%；2 频率：50/60Hz；3 电线插头：国标三芯/欧标</p> <p>三芯；4 最大功率：2000VA；5 电流：9.1A；6 容积：23L；7 级别：欧洲B级标准（B类）；8 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度；9 特殊灭菌：灭活艾滋（HV），乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢；10 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%；11 显示：★触摸屏；12 测试：Bowie&Dick测试，真空度测试，helix测试；13 安全性：安全阀，气动锁，故障自检系统；14 灭菌纪录：打印机和USB记录灭菌过程；15 供水系统：*敞开式水箱可消毒清洗，净水箱容积：4L，废水箱容积：3.5L；16 水质检测：可检测水质是否符合设备要求；17 清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器；18 灭菌室配置：5层活动托盘架配3个托盘；19 内径尺寸：249mm X 450mm</p> <p>（三）牙科电动无油空压机</p> <p>1 电压：220V/50Hz； 2 机头型号：ZB200； 3 最大产气值：150L/min；4 0.4Mpa压力产气量：90L/min； 5 最高压力：0.75Mpa； 6 压力开关设定调节范围：0.55-0.75MPa；7 外型尺寸（mm）：450×450×800；8 功率：0.75kW； 9 转速：1450RPM； 10 储气罐容积：38L；11 重量：37kg</p> <p>（四）封口机</p> <p>1. 额定电压：AC220 电源频率：50HZ 功率：500W 熔丝管：T5A/250V</p> <p>2. 压痕：10mm 净重：6KG</p> <p>（五）蒸馏水机</p> | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| | | 1. 额定电压：AC200V 电源频率：50HZ 功率：750W 2. 容量：4L 蒸馏量：1L/H 超温保险器：切断稳定160° C | | |
| 18 | 牙科电动无油空压机 | 1 电压：220V/50Hz； 2 机头型号：ZB200； 3 最大产气值：150L/min； 4 0.4Mpa压力产气量：90L/min； 5 最高压力：0.75Mpa； 6 压力开关设定调节范围：0.55-0.75MPa； 7 外型尺寸(mm)：450×450×800； 8 功率：0.75kW； 9 转速：1450RPM； 10 储气罐容积：38L； 11 重量：37kg | 1.00 | 台 |
| 19 | 蒸汽压力灭菌器 | 1 电源电压：AC 220V ±10%； 2 频率：50/60Hz； 3 电线插头：国标三芯/欧标三芯； 4 最大功率：2000VA； 5 电流：9.1A； 6 容积：23L； 7 级别：欧洲B级标准（B类）； 8 灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度； 9 特殊灭菌：灭活艾滋（HV），乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢； 10 干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%； 11 显示：★触摸屏； 12 测试：Bowie&Dick测试，真空度测试，helix测试； 13 安全性：安全阀，气动锁，故障自检系统； 14 灭菌纪录：打印机和USB记录灭菌过程； 15 供水系统：*敞开水箱可消毒清洗，净水箱容积：4L，废水箱容积：3.5L； 16 水质检测：可检测水质是否符合设备要求； 17 清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器； 18 灭菌室配置：5层活动托盘架配3个托盘； 19 内径尺寸：249mm X 450mm | 1.00 | 台 |
| 20 | 蒸馏水机 | 1. 额定电压：AC200V 电源频率：50HZ 功率：750W 2. 容量：4L 蒸馏量：1L/H 超温保险器：切断稳定160° C | 1.00 | 台 |
| 21 | 封口机 | 1. 额定电压：AC220 电源频率：50HZ 功率：500W 熔丝管：；T5A/250V 2. 压痕：10mm 净重：6KG | 1.00 | 台 |
| 22 | 牙科X射线机 | 1.1 标称管电压：60kVp 1.2 标称管电流：8mA 1.3 标称功率 输入功率：≤600W（60kVp、8mA） 输出功率：339W（0.707×60kVp×8mA） 1.4对地漏电流 正常状态：≤0.5 mA 单一故障状态≤1 mA 1.5 运行方式：间歇加载，连续运行 1.6 时间选择范围：大于0.1-2.2秒 加载时间按R' 10选取 1.7 X射线 管型号：XD10-0.21/70固定阳极X射线管 焦点标称值：0.8 总滤过：2.5mmAL | 1.00 | 台 |

| | | | | |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| | | <p>1.8 焦皮距：$\geq 210\text{mm}$</p> <p>1.9 活动臂水平转角：大于$\pm 50^\circ$</p> <p>1.10 活动臂上下幅度：400mm</p> <p>1.11 整机工作电流：5A</p> <p>1.12 熔断管型号：RF1-20- 5A</p> | | |
| 23 | 牙科高速手机 | <p>直机参数：1) 采用进口钢球轴承，内置3套轴承，旋转灵活；</p> <p>2) 直机采用四瓣夹头的夹持方式，装取车针方便，牢靠；</p> <p>3) 传动比1:1；</p> <p>4) 额定转速$\leq 40000\text{rpm}$；</p> <p>5) 径向跳动≤ 0.04；</p> <p>6) 直机的夹持力$\geq 45\text{N}$；</p> <p>7) 直手机夹持可靠，可传递大于$5\text{N}\cdot\text{cm}$的扭矩而不会打滑；</p> <p>8) 冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；</p> <p>9) 与马达连接时，无振动，不发热；</p> <p>10) 可进行135度高温高压蒸汽消毒；</p> <p>11) 可以与符合国际标准制作的马达相连接；</p> <p>弯机参数：★1) 采用钢球轴承，内置5套轴承，运转灵活；</p> <p>2) 弯机采用扳手式的车针装取方式，夹持力大，安全可靠；</p> <p>3) 传动比1:1；</p> <p>4) 额定转速$\leq 40000\text{rpm}$；</p> <p>5) 弯机的夹持力$\geq 45\text{N}$；</p> <p>6) 冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；</p> <p>7) 与马达连接时，无振动，不发热；</p> <p>8) 可进行135度高温高压蒸汽消毒；</p> <p>9) 可以与符合国际标准制作的马达相连接；</p> <p>马达参数：</p> <p>1) 马达具有正反转的功能；</p> <p>2) 马达采用卡环结构，与外喷水直弯机连接方便，便于医生操作；</p> <p>★3) 离心滑片式设计，滑片采用全新自润滑材料，可在润滑不充分的情况下正常运转，高温高压蒸汽消毒不影响滑片性</p> <p>4) 工作压力：0224（四孔）0.3MPa，0222（两孔）0.25MPa、5) 耗气量：$45\text{--}51\text{L}/\text{min}$；</p> <p>6) 转速$20000\pm 10\%\text{rpm}$；</p> <p>7) 马达在$0.05\text{MPa}$的气压下，即可启动，运转平稳；</p> <p>8) 噪音：$\leq 68\text{dB}$；</p> <p>9) 在额定工作气压下，马达扭矩$\geq 3\text{N}\cdot\text{cm}$；</p> <p>10) 冷却形式：四孔马达，外部雾化冷却，两孔马达，外部水冷却，用软管与外喷水直、弯机连接使用；</p> <p>11) 水压为0.2MPa时，冷却水流量$> 50\text{ml}/\text{min}$；</p> <p>12) 可以与符合国际标准制作的直、弯机相连接；</p> <p>13) 四孔马达可进行135度高温高压蒸汽消毒；</p> | 2.00 | 支 |

| | | | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 24 | 中医定向投药治疗仪 | <p>1、电源要求：~220V/50Hz，输入功率：120VA；</p> <p>2、液晶显示：10.1英寸触摸屏，治疗参数实时显示；</p> <p>3、载波频率：载波频率1250Hz~4000Hz；</p> <p>4、★载波波形：导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波；</p> <p>5、调制波形：调制波形含有方波、尖波、三角波、梯形波、指数波、正弦波、锯齿波；</p> <p>6、输出幅度：共99档可调，最大输出幅度为50V，允差±10%；</p> <p>7、调幅度：波形调幅度为100%、75%、50%、25%，允差±5%；</p> <p>8、调制频率：调制频率范围为0.5Hz~150Hz；</p> <p>9、直流分量：在500Ω无感负载电阻最大输出时，导入模式下直流分量<20V；</p> <p>10、输出电流：在500Ω无感负载电阻下，按摩模式下输出电流<80mA(r.m.s)，导入模式下输出电流<50mA(r.m.s)；</p> <p>11、输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率应<10%；</p> <p>12、连续工作时间：连续工作时间不小于4h；</p> <p>13、定时时间：设定范围1min~60min，默认20min，步进值1min，允差±30s；</p> <p>14、治疗处方：导入处方16个，按摩处方16个；</p> <p>15、温度调节：共13档可调，调节范围40℃~53℃，步进1℃，允差±3℃，电极片表面最高温度不超过60℃，大于60℃时保护装置切断热疗电源；</p> <p>16、★温度保护：两路温度保护装置，实时控制温度；</p> <p>17、★知识产权：具备外观专利和软件著作权；</p> | 1.00 | 台 |
| 25 | 红外偏振光治疗仪 | <p>★1, 红外光谱范围 集射头：0.7 μm-1.6 μm； 散射头：0.4 μm-2.5 μm。 集射头输出功率：1500mw</p> <p>2, 治疗头表面温度 散射头辐射加热器表面最高温度为220℃</p> <p>3, 输出光谱类型 集射头为红外偏振光； 散射头为红外光。</p> <p>★4, 输出强度：10档可调。</p> <p>★5, 输出模式 散射头为连续输出； 集射头为连续一间歇两种输出模式。间歇输出模式下，输出1s~3s可调，间歇1s~4s可调，步距1s，13种模式。</p> <p>6, 治疗时间 设置范围1min~30min，步距1min，允差±10s。治疗深度7cm</p> <p>7, 功能 a) 治疗仪具有输出过程中暂停输出功能； b) 治疗仪具有治疗过程可选择有，无声音提示及输出结束声音提示功能； c) 治疗仪的机械臂能在180°范围内调节高低和方位，并能固定在需要的位置上； d) 治疗仪应具有显示倒计时时间，实时输出强度及治疗模式的功能。 e) 治疗仪在平坦地面放置时，四个脚轮应同时着地，锁止可靠。移动时脚轮转动灵活。 治疗仪具有治疗过程可选择声音提示及输出结束声音提示功能； 治疗仪的机械臂能在180°范围内调节高低和方位，并能固定在需</p> | 1.00 | 台 |

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| | | 要的位置上； 治疗仪应具有显示倒计时时间，实时输出强度及治疗模式的功能。 | | |
| 26 | 超声波体检机 | <p>身高测量方式 超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10°排除环境障碍物干扰，自动温度补偿：消除环境温度变化对测量结果的影响）</p> <p>体重测量方式 精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）</p> <p>血压测量方式 示波测定法，压力：±3mmHg 脉搏数：±5%</p> <p>脂肪测量 通过生物电阻测量脂肪量</p> <p>显示方式 8寸触摸真彩显示屏</p> <p>测量范围 身高：20cm—210cm 体重：1—500kg</p> <p>精确度 身高：±0.1cm或±0.5cm 体重：±0.1kg</p> <p>使用温湿度 -20—40℃ 20%—85%RH</p> <p>语音提示 测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。</p> <p>同步彩色显示测量结果</p> <p>热敏自动打印 高速热敏打印机，换纸方便，可打印医疗卫生单位名称电话等。体 型 国际通用体格指数（BMI）</p> <p>数据输出格式 RS-232有线传输、无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）和GPRS（选配）。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。</p> <p>电源电压 AC 220V 50HZ</p> <p>平均功耗 ≤40W</p> <p>电击防护 I类B型设备</p> <p>外形设计 测量、显示、打印一体化，流线型符合人体工程学。自带小轮方便移动。</p> <p>整机高度 235CM</p> <p>整机净重 45kg</p> | 1.00 | 台 |
| 27 | 灭菌指示 包装袋和 卷 | 100mm*200m 6卷/箱 | 1.00 | 卷 |
| 28 | 机用镍钛 锉 | 25mm混-常规版A F301712/16（紫）F301902/25（白）F302004/25（黄）F302504/25（红）F303004/25（蓝） | 3.00 | 盒 |
| 29 | 氢氧化钙 根管消毒 糊剂 | 2g/支 注射型 | 1.00 | 支 |
| 30 | 增强型玻 璃离子体 水门汀 | 2×1 粉9g/液6ml I型 | 1.00 | 盒 |
| 31 | 通用粘接 系统 | 41282（5ml） | 1.00 | 瓶 |
| 32 | 氢氧化钙 根管消毒 材料 | 双组份：（粉剂3g/瓶，液剂10ml/瓶）/盒 | 1.00 | 盒 |
| 33 | 一次性使 用口腔涂 药棒 | 中（黄色+蓝色） | 1.00 | 瓶 |
| 34 | 脱脂棉球 | 500g/包 | 1.00 | 包 |
| 35 | 检查手套 | 1201C 透明中 100*1 100包/箱 | 1.00 | 包 |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|------|---|
| 36 | 灭菌指示 包装袋和 卷 | 75mm*200m 8卷/箱 | 1.00 | 卷 |
| 37 | 根管充填 材料 | 60620113(手调式) | 1.00 | 盒 |
| 38 | 微型电动 打磨机 | TRAUS 90 | 1.00 | 台 |
| 39 | 硅橡胶印 模材料 | 909019 | 1.00 | 套 |
| 40 | 红蜡片 | 常用250g | 1.00 | 盒 |
| 41 | 拔牙钳 | K0F190 150#拔除上颌双尖牙及切牙用 | 1.00 | 把 |
| 42 | 拔牙钳 | K0F200 151#拔除下颌双尖牙及切牙用 | 1.00 | 把 |
| 43 | 拔牙钳 | K0F220(222#) | 1.00 | 把 |
| 44 | 拔牙钳 | K0F210 210#拔除上颌第三磨牙用 | 1.00 | 把 |
| 45 | 牙挺 | K24010(1#直圆头宽2.5六角柄) | 1.00 | 把 |
| 46 | 牙挺 | K24020(2#直圆头宽3六角柄) | 2.00 | 把 |
| 47 | 多聚甲醛 抑菌膏 | 1g 支装 慢7-14天 | 1.00 | 支 |
| 48 | 义齿基托 树脂 | II型(自凝型)粉剂 粉剂100g/瓶(包)色号:3# | 1.00 | 瓶 |
| 49 | 造牙粉 | II型(自凝型)100g/瓶(包) 色号: 2# | 1.00 | 瓶 |
| 50 | 粘固粉充 填器 | K25400(3#) | 1.00 | 把 |
| 51 | 剔挖器 | K25230(2#双弯) | 1.00 | 把 |
| 52 | 胶质银止 血明胶海 绵 | 14*7*7mm(独立包装)274008 | 1.00 | 盒 |
| 53 | 根管充填 剂 | 双组份: 粉剂: 10g/瓶, 液剂: 10ml/瓶。 | 1.00 | 盒 |
| 54 | 聚羧酸锌 水门汀 | 粉液对装 | 1.00 | 对 |
| 55 | 止血钳 | J31180 18cm弯全齿 | 1.00 | 把 |
| 56 | 持针钳 | 120-1802(18cm细精品) | 1.00 | 把 |
| 57 | 牙刮匙 | k241802#双弯铲形八角柄 | 1.00 | 把 |

| | | | | |
|----|-----------|----------------------|------|---|
| 58 | 碘仿 | 20g (10瓶/盒) | 1.00 | 瓶 |
| 59 | 暂时填充材料 | 15g (白色) | 1.00 | 个 |
| 60 | 布轮 | 4*50 | 1.00 | 个 |
| 61 | 122#成形钳 | K1A060#122 (成形钳) | 1.00 | 把 |
| 62 | 圆形车针盒 | 白色/蓝色 | 1.00 | 个 |
| 63 | 无菌手术刀片 | 11# (100*1) 整盒 | 1.00 | 盒 |
| 64 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 粉2液1 | 1.00 | 盒 |
| 65 | 光固化复合树脂 | 7018A2B 4g/支 | 1.00 | 支 |
| 66 | 眼用剪 | 116-1001 直 尖头 10cm | 1.00 | 把 |
| 67 | 牙科去冠器 | K25530 一柄二头 | 1.00 | 套 |
| 68 | 牙挺 | K241603#左双弯尖头宽2.2六角柄 | 1.00 | 把 |
| 69 | 牙用分离器 | 015-0822 (KGS8) | 1.00 | 把 |
| 70 | 刮治器 | SG7/8C8E2 | 1.00 | 把 |
| 71 | 刮治器 | SG11/12C8E2 | 1.00 | 把 |
| 72 | 刮治器 | SG13/14C8E2 | 1.00 | 把 |
| 73 | 刮治器 | SG5/6C8E2 | 1.00 | 把 |
| 74 | 咬合纸 | 蓝色 115*22mm | 1.00 | 盒 |
| 75 | 根管充填器 | 003-4014KRCP1/3 | 2.00 | 把 |
| 76 | 银汞合金充填器 | k254801.5-2.5 | 1.00 | 把 |
| 77 | 石膏调刀 | . | 1.00 | 把 |
| 78 | 技工石膏剪 | K1A13020cm | 1.00 | 把 |
| 79 | 口腔材料注射器 | K4B020钩头 | 1.00 | 把 |

| | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|------|---|
| 80 | SSW短柄低速车针 | RA-36 | 1.00 | 板 |
| 81 | 车针Burs | RA-4(5*1) | 1.00 | 板 |
| 82 | 车针Burs | FG-701 (5*1) | 1.00 | 板 |
| 83 | 车针Burs | FG-4 (5*1) | 1.00 | 板 |
| 84 | 车针Burs | FG-35(5*1) | 1.00 | 板 |
| 85 | 银汞合金充填器 | k254701-2 | 1.00 | 把 |
| 86 | 硅橡胶印模材料 | 909891(单支) | 2.00 | 套 |
| 87 | 牙胶尖 | 15-40 | 2.00 | 盒 |
| 88 | 成形片夹 | 044-0100钳式 | 1.00 | 袋 |
| 89 | 根管扩大针 | 25mm 15-40# | 1.00 | 板 |
| 90 | 根管扩大针 | 21mm 15-40# | 1.00 | 板 |
| 91 | 车针消毒盒 | 120孔 | 1.00 | 个 |
| 92 | 一次性使用三用喷枪头 | P7725(透明外管彩色芯)125支/瓶 | 1.00 | 瓶 |
| 93 | 调拌纸 | 1*1 | 1 | 本 |
| 94 | 黑色橡皮碗 | 小号 | 1.00 | 只 |
| 95 | 橡皮碗 | 中 | 1.00 | 个 |
| 96 | 观雅牌 碘仿氢氧化钙口腔抑菌膏 | 2g | 1.00 | 盒 |
| 97 | 效力爽新抗敏1号口腔膏 | 120g 双薄荷香型 | 1.00 | 支 |
| 98 | 窝沟封闭剂 | 1.5ml | 1.00 | 支 |
| 99 | 复合树脂充填材料 | A2-4g/支卡瑞斯玛 | 1.00 | 支 |
| 100 | 排龈线 | 136#00 | 1.00 | 筒 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 101 | 齿科酸蚀剂 | Gluma Etch 35 Gel 2.5ml/支(单) | 1.00 | 盒 |
| 102 | 干髓口腔抑菌膏 | 粉10g 液20ml | 1.00 | 套 |
| 103 | 口腔抑菌液 碘甘油 | 20ml | 1.00 | 瓶 |
| 104 | 口腔开口器 | 7101-201 成人 (12只/包) | 1.00 | 只 |
| 105 | 一次性吸管/吸唾管 (独立包装) 100*1 | 100支/包 | 1.00 | 包 |
| 106 | 可吸收性外科缝线 | CR434 ▽4-0 3/8 7*17 22mm | 12.00 | 包 |
| 107 | 牙科石膏 | 黄色 1KG | 1.00 | 袋 |
| 108 | 一次性牙科注射针 | (公制)0.3*25mm | 1.00 | 盒 |
| 109 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml10.5*38直口100*1 (18盒/件) | 1.00 | 盒 |
| 110 | 齿科藻酸盐印膜材料 | 1000g | 1.00 | 桶 |
| 111 | 一次性口腔印模托盘 | 中号 (M) 25*1 | 1.00 | 袋 |
| 112 | 一次性口腔印模托盘 | 小号 (S) 25*1 | 1.00 | 袋 |
| 113 | 一次性口腔器械盒 | KQH-2, 200套/件 | 1.00 | 件 |
| 114 | 氟化泡沫 | 1.23% 42g (配中号牙托60付, 小号牙托40付) | 1.00 | 瓶 |
| 115 | 机用镍钛锉 | 25mm混-常规版A F301712/16 (紫) F301902/25 (白) F302004/25 (黄) F302504/25 (红) F303004/25 (蓝) | 1.00 | 盒 |

二、交货期:

合同签订后 30 日内交付。由成交供应商负责将所有货物送到采购人指定地点并交付安装使用。

三、 招标货物付款资金说明: 按签订合同支付。

四、验收标准

①产品的数量、技术参数等方面, 按合同约定、中标方投标文件进

行 验收。

②检验标准：按国家或行业或地方标准验收

五、安装调试及技术服务(含培训)要求

负责实际操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

六、售后服务基本要求

(1) 上述货物质量保障期一年；

(2) 供应商及制造商须出具售后服务保障承诺；

(3) 供应商须提供具体的售后服务措施及商品质量问题调换范围；

(4) 在质保期内， 供应商应对非人为因素损坏引起的问题货物予以负责调换；

(5) 若采购人需在后期补充采购的， 成交候选人须按此次的中标价及时供给， 且有责任免费调换质量不合格的产品；

(6) 产品质量问题调换范围的基本要求（包括但不限于以下内容）：

①、所供货物明显损坏有可能导致使用障碍的；

②、所供货物无法使用的；

③、所供货物实际参数与描述不符的；

④、所供货物材质（用料）不符合国家相关规定的； ⑤、所供货物有明显瑕疵的；

⑥、所供货物有假冒伪劣嫌疑的；

(7) 供应商应提供具体的售后服务实施计划、人员配备情况及联系地址、联系方式；

(8) 售后响应速度：电话2小时内做出响应，电话不能解决的，必须48小时内到达现场。

第六章投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
 - 二、投标承诺书
 - 三、资格证明文件
 - 四、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
 - 五、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
 - 六、商务和技术偏差表
 - 七、开标报价一览表
 - 八、分项报价表
 - 九、资格审查资料
 - 十、投标方案说明书
 - 十一、政府采购政策产品等证明材料
 - 十二、其他资料
- （顺序及目录可按照陇南市公共资源交易网新点系统投标文件制作工具进行）

一、投标函

_____（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供_____（材料名称及相关服务），交货期__日历天，投标有效期天，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

- （1）开标一览表；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书（如有）；
- （4）商务和技术偏差表；
- （5）分项报价表；
- （6）资格审查资料；
- （7）投标材料质量标准的详细描述；
- （8）技术支持资料；
- （9）相关服务计划；

(10) 投标有效期;

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的,以开标一览表为准。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外,我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5、如我方中标,我方承诺:

(1) 在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金;

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

7、(其他补充说明)。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:

_____ (签字)

地 址: _____

网 址: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮政编码: _____

____年____月____日

二、投标承诺书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）的投标邀请（招标编号：）的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购人和招标代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
- 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 8、不与采购人、招标代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
- 10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反，自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字或签章)：

日期：年月日

三、资格证明文件

- 1、营业执照（影印件或复印件，加盖供应商公章）
- 2、机构代码证（影印件或复印件，加盖供应商公章）
- 3、税务登记证（影印件或复印件，加盖供应商公章）

注：此三证已办理统一社会信用代码的只需提供营业执照

- 4、开户许可证或基本存款账户信息（影印件或复印件，加盖供应商公章）
- 5、其他资质证明文件。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证

复印件（正反面）

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：_____（盖单位章）

____年____月____日

五、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

__年__月__日

六、商务和技术偏差表

1. 技术规格偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标包号：_____

| 序号 | 招标文件要求条款 | 投标文件响应条款 | 偏差说明 |
|-------|----------|----------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | | | |

投标人名称(盖公章):

法定代表人或其授权的代理人(签字):

日期: 年月日

说明：“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、商务偏离表

项目名称： _____

招标编号： ____

投标包号： _____

| 序号 | 招标文件要求条款 | 投标文件响应条款 | 偏差说明 |
|-----|----------|----------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年月日

说明：“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

七、开标报价一览表

项目名称：

招标编号：

投标包号： 金额单位：人民币元

| 投标人名称 | 投标总报价 | 交货期（天） |
|----------|-------|--------|
| | | |
| （大写）人民币： | | |

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：年月日

八、分项报价表

项目名称：_____

招标编号：____

投标包号：____单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|------|-------|------|----|----|----|-------|-------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 合计报价 | | | | | | | |

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：年月日

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况

1. 名称及概况:

(1) 投标人名称:

地址:

传真/电话号码: 邮政编码:

(2) 成立或注册日期:

(3) 注册号码:

(4) 实收资本:

(5) 近期资产负债表 (到年月日止)

① 固定资产:

② 流动资产:

③ 长期负债:

④ 流动负债:

⑤ 净值:

(6) 法定代表人姓名:

2. 经营范围:

3. 近年营业额:

| 年度 | 总额 |
|----|----|
| | |
| | |
| | |

4. 近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页):

(1) (用户名称和地址) (销售项目名称)

(2) (用户名称和地址) (销售项目名称)

5. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

6. 近年类似项目业绩(可另附页，并提供有关中标、成交通知书或合同的复印件)：

| 序号 | 项目名称 | 合同总价 (元) | 采购单位联系电话 | 采购单位联系人 |
|----|------|-------------|----------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. 开立基本帐户银行的名称和地址：（提供注册地人民银行开户许可证或基本存款账户信息复印件）

8. 其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等（如有）

9. 提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（自然人为投标人时，提供自然人身份证明）等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_

日期：年月日

（二）财务状况

提供上年度财务会计报表或审计报告或银行资信证明复印件盖公章。

(三) 特定资格证明材料

备注：提供“投标须知”规定的特定资格（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件（盖公章）

十、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括货物和/或服务的详细说明、技术规格响应表、货物配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1) 技术说明书

1.1所投货物的品牌、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；

1.2填写技术规格响应表，并按要求提供支持证明文件。

2) 供货一览表。

3) 产品的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

4) 业务系统解决方案（含系统的主要技术指标响应及描述等）。

5) 技术规格优于或偏离技术要求的指标（如果有的话）。

6) 制造商及原产地。

7) 履约措施及承诺。

8) 质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺。

十一、政府采购政策产品等证明材料

(1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

(2) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《报价明细表》中提供相应数据。

(1) 符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记“*”符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2) 符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记“*”符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

十二、其他资料

根据投标人自身需求，格式自拟